



26 דצמבר 2012
י"ג בטבת, התשע"ג
סימוכין : 65515612

לכבוד
ד"ר אירית שן
חברת DIASORIN
המלאכה 21 פארק אפק
ראש העין
ת.ד. 11456
ראש העין, 48091

הנדון: ביצוע בדיקות HIV דחופות באמצעות ערכה של חב' דיאסורין

לאור תוצאות הבדיקה ותיקוף ערכת HIV חברת דיאסורין HIV Ab/Ag Murex XL Diasorin אין מניעה מבחינת המחלקה למעבדות להשתמש בערכה הנדונה לצורכי בדיקות HIV, מקרים דחופים בלבד כלהלן:

1. בדיקות HIV לקראת השתלות איברים.

2. בדיקות HIV אחר תקיפה מינית.

3. בדיקות HIV אחר תאונות דקירה של עובדי רפואה.

4. בדיקות HIV של יולדת באישפוז.

אישור זה ניתן למעבדות **שקיבלו אישור מפורש** לביצוע בדיקת HIV במקרים שלעיל.

אין באשור זה משום שינוי הנחיות המקובלות לביצוע הבדיקה במעבדות מוכרות לניטור HIV שבהם מתבצעות הבדיקות ולאחר ביצוע מכרז דרך חברת "שראל" בשיטות שנקבעו.

בברכה

ד"ר עמנואל גזית
מנהל המחלקה למעבדות

העתק:

פרופ' איתמר גרוטו, ראש שרותי בריאות הציבור
ד"ר דניאל שם טוב, מנהל המחלקה לשחפת ואיידס
מעבדות מוכרות לניטור HIV

תיק:
איידס
שוטף